

平成 29 年年 10 月 11 日

質疑・回答書

国立研究開発法人理化学研究所
横浜事業所 契約担当役
研究支援部長 岩田 伸一

件名: ゲノム解析用ワークステーション

番号	項目	質問内容	回 答
1	仕様書 3. ⑨	電源ユニットの仕様が 80PLUS GOLD 認証以上を有し、静音設計の電源モジュールで最大消費電力が 850W 以下であれば問題ございませんでしょうか。	要求仕様は、850W 「以下」ではなく「以上」としている。
2	仕様書 3. ⑫	「各種プログラム」とは具体的にどのようなプログラムを想定されているのでしょうか。または、Windows、Linux 等、OS を指定して頂けますでしょうか。	CentOS がプリインストールされていること。
3	仕様書 9. 保証	「納入業者の責任による欠陥」とはどのような場合でしょうか。例えば、納入後、ハードウェアが故障した場合の修理対応も範囲に含まれているのでしょうか。含まれている場合、ご指定の日時まで修理をさせていただくことになります。その際に、おおよその日時の目安はございますか。例えば、すぐに修理又は代品が必要、1 週間以内に修理又は代品が必要など。ご回答ください。	納入後、ハードウェアが故障した場合の修理対応も契約範囲に含まれている。また、対応方法等は、「1 週間以内に修理又は代品が必要」とする。

以上