

平成30年10月30日  
国立研究開発法人理化学研究所  
筑波事業所  
契約担当役  
研究支援部長 川嶋 一美  
(公印省略)

## 入札公告の訂正

平成29年11月8日付けで公告した、「凍結保存容器オーバーホール及び凍結保存システム集中管理制御盤点検」について、仕様書に変更が生じたので、別紙、「凍結保存容器オーバーホール及び凍結保存システム集中管理制御盤点検 仕様書変更」についてのとおり訂正します。

以上

## 凍結保存容器オーバーホール及び凍結保存システム集中管理制御盤点検 仕様書変更

仕様書「3. 仕様」について、「3) レベルマスター(4)コントロール出力測定(計測機器等による測定)  
・スイッチングサブライズ出力がDC4.70V～DC5.05V(負荷有)であること。」

及び

「4) 液面センサー(3) 抵抗値測定(計測機器等による測定)  
・フロートが接点上にある場合、抵抗値が0～2Ωであること。」  
を修正し、下記【変更後】のとおりとする。

### 【変更後】

<仕様書>

#### 3. 仕様

##### 3) レベルマスター

(4) コントロール出力測定(計測機器等による測定)

・既存の機種と同程度であること。

##### 4) 液面センサー

(3) 抵抗値測定(計測機器等による測定)

・既存の機種と同程度であること。

以上