

# 仕様書（案）意見書回答

平成 30 年 11 月 7 日  
国立研究開発法人理化学研究所  
横浜事業所研究支援部契約課

件名「次世代シーケンサーシステム賃貸借および保守 一式」

番号	仕様書案該当箇所	意見	回答
1	3.システムの概要 ⑥その他 5.保守	弊社はリース会社であり保守業務、製品に関する説明等を行う能力を有しておりません。保守、製品についての対応は委託するメーカー若しくは販売店が行うこととなります。問題ないでしょうか。また、委託する際に必要な提出書類等はございますでしょうか。	第三者賃貸方式も可とする。 その場合に必要な書類については入札説明書に記載する。
2	4.賃貸借 ①賃貸借料の算定上、考慮する事項	動産総合保険にて対応可能であるとの認識でよろしいでしょうか？動産総合保険を想定しているのであれば「本システムについて理研から契約期間内は別途支払いが発生しないようにすること」との記載は削除すべきと考えます。	動産総合保険で対応可能。 仕様書には「地震又は噴火による損害は対象外」と追記する。

3	4.賃貸借 ②その他	返却する場合の撤去費用については理化学研究所が負担するとの認識でよろしいでしょうか。返却する場合の費用負担については、賃貸借料の積算に影響するため、仕様書に明記すべき点かと思われます。	返却の場合の撤去費用は当方負担とし、その旨を追記する。
4	7.契約期間	契約期間の記載がありますが、納期の記載はございません。可能であれば記載頂きたいです。また、納品については納品遅延等の発生時には理化学研究所・ディーラー間で解決するとの認識でよろしいでしょうか？	契約開始日から使用開始できるように設置し、納品完了とする。 納品遅延等の発生時はその事情により責を負う。