

質問書回答

2021年9月16日

国立研究開発法人理化学研究所

横浜事業所 契約担当役

研究支援部長 富田 久行

(公印省略)

件名「室内型全自動植物表現型解析システム搭載用可視画像解析カメラ」

番号	仕様書案該当箇所	意見	回答
1	<p>4. 仕様</p> <p>USB3.0 用ケーブル 5M</p> <ul style="list-style-type: none">・インターフェースが USB3.0 で長さが 5m 程度であること。 <p>ホストアダプタカード</p> <ul style="list-style-type: none">・インターフェースが USB3.0 で、ポートが二基以上搭載されていること。 <p>4-PORT USB3.0 ハブスクリーロック</p> <ul style="list-style-type: none">・インターフェースが USB3.0 でポートが四基以上搭載されていること。	<p>USB3.0 デジタルカメラに接続、対応が可能な製品であれば、USB3.1 の製品でも応札可能でしょうか。</p>	<p>可能とする。</p>